



Dynasplint Systems®, Inc. Regionale kantoren:
770 Ritchie Highway Canada 1-800-668-9139
River Reach W21 La Jolla 1-800-262-8828
Severna Park, **Nederland:**
Maryland MD 21146-3937 31-(0)455230418
Bezoek onze website: www.dynasplint.nl

Instructies voor de patiënt - Knie Flexie

Belangrijk: lees deze instructies zorgvuldig door, voordat u het Dynasplint® systeem gaat gebruiken. Het Dynasplint® systeem moet comfortabel zitten en goed passen. Wanneer u pijn, verstijving, zwellingen of huidirritatie voelt, moet u het Dynasplint® systeem meteen afdoen en niet meer aandoen. Als na het dragen van het Dynasplint® systeem een van deze symptomen zich voordoen of als de gewrichtsstijfheid, vergeleken met de voor u normale stijfheid, langer dan een uur aanhoudt, moet u het Dynasplint® systeem niet meer aandoen, tenzij men u anders heeft voorgeschreven. Raadpleeg meteen uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut.

1. De beide bovenmanchetten (voorzien van etiket front-of-thigh en shin) moeten geopend of losgemaakt worden.
2. Leg uw been in het Dynasplint® systeem. De dikkere buis (die met het venster en de schaalverdeling) moet aan het onderbeen zitten, terwijl de tegendrukband (vlinderband) in de knieholte rust (zie fig.1).
3. De boven- en onderbuizen, moeten aan de kant, langs de middellijn van het boven- en onderbeen lopen (zie fig.1).
4. De scharnieren van het Dynasplint® systeem moeten precies aan de zijkant van het kniegewricht zitten (zie fig.2).
5. Bevestig het Dynasplint® systeem aan het been, door de bovenste bovenbeenmanchet (met etiket front-of-thigh) door de beugel aan de tegenoverliggende zijde te trekken. Trek de manchet strak en sluit de klittenband.
6. Ga op dezelfde manier te werk voor de onderste manchet van het scheenbeen (met etiket shin).
7. Controleer de manchetten op nauwsluitendheid. Qua speelruimte, moet u een vinger tussen manchet en been en tussen vlinderband en knieplooi kunnen schuiven.
8. Controleer of het Dynasplint® systeem goed zit (zie fig. 1 en 2). De buizen moeten langs de middellijnen van het been lopen en de scharnieren moeten zich steeds precies aan de zijkant van het kniegewricht bevinden.
9. Verander niets aan de achtermanchetten (voorzien van etiketten calf en back-of-thigh). Laat deze dicht.
10. Gedurende het dragen van het Dynasplint® systeem moet u rustig en ontspannen zitten of liggen. De meest comfortabele houding tijdens uw slaap bereikt u, wanneer u op uw zij ligt met een kussen tussen de benen; wanneer u zit, gebruik dan een wigvormig kussen dat u onder uw dijbeen legt.

Volg de instructies die uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut u geeft met betrekking tot de draagtijden.
Schrijf uw commentaar dagelijks op het evaluatieformulier en bespreek uw commentaar met uw Dynamic Splint Consultant, arts of therapeut.

© 1994 Dynasplint Systems® Inc.



Producten van Dynasplint Systems worden beschermd door een of meerdere van de volgende octrooien in de Verenigde Staten en andere landen: U.S. Patent Number 4.397.308, 4.485.808, 4.508.111, 4.538.600, 4.657.000, 4.944.290, 4.947.835, 5.014.690, 5.070.868

Het product waarop het bijgesloten document betrekking heeft, is uitsluitend bedoeld voor het specifieke doel dat in de bijgeleverde instructies wordt beschreven. Enig ander gebruik van dit product dan voor het beoogde doel op enig ander lichaamsdeel of op enige andere manier dan wordt voorgeschreven door het protocol dat is vastgesteld door Dynasplint Systems, Inc., vormt een gebruik van het product waarvoor het bedrijf, zijn divisies noch zijn werknemers aansprakelijk kan worden gesteld. Enige aansprakelijkheid op grond van impliciete garanties inzake geschiktheid voor enig ander doel wordt uitdrukkelijk afgewezen.