ARTSENVOORSCHRIFT BEHANDELSCHEMA DYNASPLINT SYSTEMEN
VOORSCHRIFT: PROTOCOL DYNASPLINT SYSTEMEN

Dit zijn slechts richtlijnen. Indien u op enig moment pijn voelt, doe het Dynasplint systeem dan onmiddellijk af. Informeer uw behandelend arts en/of neem contact op met uw Sales consultant van Dynasplint.

- Bij aanvang van de behandeling de spanning voor de tilbeweging instellen op stand ----- en voor de draaibeweging op stand -----.
- Patiënt moet de Dynasplint ------ maal daags gedurende ------ minuten dragen tijdens de eerste dagen van de behandeling.
- Als de klachten na het dragen beperkt blijven tot 30 minuten, kan de patiënt starten met een behandeling van 20 – 45 minuten 3 x daags.
- Als de klachten na het dragen beperkt blijven tot 30 minuten na maximale behandelduur, kan de spanning na verloop van enkele dagen opgevoerd worden met ½ stap.
- De spanning voor de tilbeweging mag maximaal ingesteld worden op stand ----- ; die voor de draaibeweging maximaal op stand -----. Zodra u de opgegeven instellingen bereikt, kunt u contact opnemen met uw Sales consultant.

Deze behandelbasis is erop gericht maximaal voordeel uit het gebruik van de Dynasplint te halen. Bij een snellere verhoging van de spanning bestaat er geen zekerheid over de juiste rekbelasting.

Uw volgende afspraak is op: ----------. Denkt u eraan om uw Dynasplint en dit ingevulde evaluatieformulier mee te nemen?

ARTSENVOORSCHRIFT BEHANDELSCHEMA DYNASPLINT SYSTEMEN
VOORSCHRIFT: PROTOCOL DYNASPLINT SYSTEMEN

Datum	Draagtijd (minuten)	Sessies per dag	Ingestelde spanning	Dagelijks behandeldoel	Duur stijfheid na dragen	Opmerkingen